

## EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

**Dokument Nr.** 11579839.04  
**Document No.**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte  
*We declare under our sole responsibility that the CE marked products*

<b>Typenbezeichnung</b> <i>Type Designation</i>	<b>532.3a.1*0 + option ATEX</b>	<b>533.3a.1*0 + option ATEX</b>
	<b>532.5a.1*0 + option ATEX</b>	<b>533.5a.1*0 + option ATEX</b>
	<b>562.3a.1*0 + option ATEX</b>	<b>563.3a.1*0 + option ATEX</b>
	<b>562.5a.1*0 + option ATEX</b>	<b>563.5a.1*0 + option ATEX</b>

\* Nenngröße / Nominal Size:

0 = 100 mm  
6 = 160 mm

a Genauigkeitsklasse / Accuracy class:

2 = 1.0  
3 = 1.6  
4 = 2.5

**Beschreibung** **Druckmessgerät für Absolutdruck**  
**Description** **Absolute pressure gauge**

gemäß gültigem Datenblatt **PM 05.02**  
*according to the valid data sheet*

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union  
übereinstimmen  
*are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation*

Angewandte harmonisierte Normen  
*Applied harmonised standards*

2014/34/EU Explosionsschutz (ATEX) <sup>(1)</sup>  
*Explosion protection (ATEX) <sup>(1)</sup>*



II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X  
II 2D Ex h IIIC T85 °C ... T450 °C Db X


EN ISO 80079-36:2016  
EN ISO 80079-37:2016

(1) Konformitätsbewertungsverfahren „interne Fertigungskontrolle“. Die Dokumentation ist hinterlegt bei notifizierter Stelle TÜV NORD CERT GmbH, Essen (Nr. 0044), Aktennummer 35186073.  
*Conformity assessment procedure "internal control of production". The Documentation is deposited at notified body TÜV NORD CERT GmbH, Essen (no. 0044), reference number 35186073.*


Unterzeichnet für und im Namen von / *Signed for and on behalf of*

**WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG**

Klingenberg, 2021-12-03



Alfred Häfner, Vice President  
Process Instrumentation Pressure



Roland Stapf, Head of Quality Management  
Process Instrumentation Corporate Quality