

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr. 11466147
Document No.

Revision 10
Issue

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung
Type Designation WUC-10, WUC-15, WUC-16

Beschreibung
Description Ultra High Purity Transducer
Ultra High Purity Transducer

gemäß gültigem Datenblatt
according to the valid data sheet PE87.06

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union
übereinstimmen
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation

Angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonised standards:

- 2011/65/EU Gefährliche Stoffe (RoHS)
Hazardous substances (RoHS)
- 2014/68/EU Druckgeräterichtlinie (DGRL) ⁽¹⁾
Pressure Equipment Directive (PED) ⁽¹⁾

EN IEC 63000:2018

- 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3:2013
stimmt auch überein mit/also complies with
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-3:2021

- 2014/34/EU Explosionsschutz (ATEX)
Explosion protection (ATEX)



II 3G Ex ec ic IIC T4/T5/T6 Gc X ^(2, 3)

EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-11:2012

- (1) PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
PS > 200 bar; Module A, pressure accessory
- (2) NUR Typcodes WUC-1*-**_*****_****_***VZ-**
ONLY type codes WUC-1-**_*****_****_***VZ-***
- (3) Interne Fertigungskontrolle, das Zeichen "X" hinter der Zündschutzart weist darauf hin, dass die besonderen Bedingungen für die sichere Anwendung des Produktes in der Betriebsanleitung durch den Anwender zu beachten sind.
Internal control of production, the sign "X" placed after the type of protection indicates that the Special Conditions for Safe Use in the user manual shall be considered by the user.

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2023-12-11



Fokko Stuke, Director of Operations Transmitters
Industrial Instrumentation



Steffen Schlesiona, Director Quality Management
Industrial Instrumentation