




中 华 人 民 共 和 国

计 量 器 具 型 式 批 准 证 书

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF THE MEASURING
INSTRUMENTS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

德国 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

根据《中华人民共和国计量法》及相关规定和技术要求，下列计量器具经型式评价合格，现予批准。

According to the Law on Metrology of the People's Republic of China and the relevant regulations, the pattern of measuring instruments applied for pattern approval have been approved.

计量器具名称及型号：

Name and type of the measuring instruments:

计量器具名称：数字压力计

计量器具代码：12323500

型号：CPG1500

规格：(0~0.1)MPa abs. 至
(0~4)MPa abs.

(0~0.1)MPa 至 (0~100)MPa

准确度等级：0.05 级

型号：CPG1500

规格：(0~100)MPa 至
(0~250)MPa

准确度等级：0.1 级

型号：CPH

规格：(0~0.025)MPa abs. 至
(0~2.5)MPa abs.

(-0.1~0)MPa 至 (-0.1~3.9)MPa

(0~0.025)MPa 至 (0~100)MPa

准确度等级：0.1 级

计量器具的技术指标见型式注册表。

The technical specifications of the measuring instruments are described in the pattern registration list.

型式批准的标志与编号：

2024F352-31

The mark and identification numbers of the pattern approval:



批准人

Approval signature

批准部门

Approval authority

批准日期

Approval date

