

## Herstelleraussage *Manufacturer's statement*

**Dokument Nr.**  
*Document No.* MS-250611-138

Wir bestätigen hiermit, dass das Produkt  
*Herewith we confirm that the product*

**Typenbezeichnung**  
*Type Designation* 111.12  
44957092

**Beschreibung**  
*Description* Bourdon tube pressure gauge, copper alloy  
Rohrfedermanometer, Kupferlengierung

gemäß gültigem Datenblatt  
*according to the valid data sheet* PM 01.01

Entsprechend den folgenden Normen bewertet wurde:  
*Has been assessed according to the following standards:*

We hereby confirm that our products, which comply with the requirements of EN 837-1, have successfully passed the type testing defined by the standard.

The type testing procedure comprises the following test sequences:

- Leakage test
- Accuracy and hysteresis test
- Effect of installation position
- Effect of temperature
- Operating temperature
- Storage temperature
- Degree of protection
- Continuous constant pressure
- Continuous cyclic pressure
- Exposure to mechanical vibrations
- Exposure to mechanical shocks
- Safety: blow-off test

The values, number of cycles and duration of the test comply at least with the requirements specified in the relevant standard and can be found in the currently valid edition.

Hiermit bestätigen wir, dass unsere Produkte, die den Anforderungen der EN 837-1 entsprechen, die durch die Norm definierte Baumusterprüfung entsprechend bestanden haben.

Das Baumusterprüfverfahren umfasst folgende Prüfabläufe:

- Dichtheitsprüfung
- Genauigkeits- und Hysteresepfung
- Einfluss der Einbaulage
- Einfluss der Temperatur
- Betriebstemperatur
- Lagertemperatur
- Schutzart
- Dauerhaft gleichmäßiger Druck
- Dauerhafter zyklischer Druck
- Einwirkung mechanischer Schwingungen
- Einwirkung mechanischer Stöße
- Sicherheit: Ausblasversuch

Die Werte, die Anzahl der Zyklen und die Dauer der Prüfung entsprechen mindestens den Werten, die in der Reihenfolge der Norm gefordert werden, und können der jeweils gültigen Ausgabe entnommen werden.


Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

**WIKAI Polska SGF**

Włocławek, 2025-06-11



Paweł Imbirski,  
Chief Operating Officer Industrial Gauges



Paweł Golasiński,  
on behalf of Head of Quality Industrial Gauges