

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.
Document No. 14430106.02

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung
Type Designation PGW23.100.11-ZZ and PGW26.100.11-ZZ

Beschreibung
Description Rohrfedermanometer mit drahtlosem Ausgangssignal
Bourdon tube pressure gauge with wireless output signal

gemäß gültigem Datenblatt
according to the valid data sheet PV 42.02

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der
Union übereinstimmen
*are in conformity with the following relevant Union harmonisation
legislation*

Angewandte harmonisierte Normen
Applied harmonised standards

2011/65/EU Gefährliche Stoffe (RoHS)
Hazardous substances (RoHS)
2014/68/EU Druckgeräterichtlinie (DGRL) ⁽¹⁾
Pressure Equipment Directive (PED) ⁽¹⁾
2014/53/EU Funkanlagen (RED)
Radio Equipment (RED)

EN IEC 63000:2018

Gesundheit und Sicherheit (Artikel 3 (1) a))
Protection of health and safety (Article 3 (1) (a))
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019
EN 62479:2010

Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3 (1) b))
Electromagnetic compatibility (Article 3 (1) (b))

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61326-1:2013

Stimmt auch überein mit / also complies with
EN IEC 61326-1:2021

Effektive Nutzung Frequenzspektrum (Artikel 3 (2))
Effective use of spectrum (Article 3 (2))

EN 300 220-1 V3.1.1
EN 300 220-2 V3.2.1
EN 300 330 V2.1.1

(1) PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
PS > 200 bar; Module A, pressure accessory

Unterzeichnet für und im Namen von / *Signed for and on behalf of*

WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2022-07-19



Alfred Häfner, Vice President
Process Instrumentation Pressure



Roland Stapf, Head of Quality Assurance
Process Instrumentation, Corporate Quality