

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr. 11359561
Document No.

Revision 11
Issue

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung T32.1S.000-*, T32.1S.0IS-*(1), T32.1S.0IC-*(2)
Type Designation T32.3S.000-*, T32.3S.0IS-*(1), T32.3S.0IC-*(2)

Beschreibung Digitaler Temperatur Transmitter, Kopf- oder Schienenmontage
Description Digital temperature transmitter, head or rail mounting

gemäß gültigem Datenblatt
according to the valid data sheet TE 32.04

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union
übereinstimmen
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation

Angewandte harmonisierte Normen
Applied harmonised standards

2011/65/EU Gefährliche Stoffe (RoHS)
Hazardous substances (RoHS)

EN IEC 63000:2018

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3:2013
stimmt auch überein mit/also complies with
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-3:2021

2014/34/EU Explosionsschutz (ATEX)^{(1),(2)}
Explosion protection (ATEX)^{(1),(2)}

 II 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga
II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 2 (1) D Ex ia [ia Da] IIIC T135 °C Db

⁽¹⁾
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

 II 3G Ex ic IIC T6, T5 T4 Gc

⁽²⁾
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

(1) EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 08 ATEX E 019 X von DEKRA Testing and Certification GmbH (Reg.-Nr. 0158).
EU type examination certificate BVS 08 ATEX E 1019 X of DEKRA Testing and Certification GmbH (Reg. No. 0158).

(2) Modul A, interne Fertigungskontrolle.
Module A, internal control of production

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2023-10-25



Stefan Heidinger, Vice President
Electrical Temperature Measurement



Roland Stapf, Head of Quality Assurance
Process Instrumentation Corporate Quality