



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	26-02-183131/E26-02-191196/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالحة لغاية:
Issued To:	WIKA Middle East FZE P.O. Box 17492 ,Warehouse no. RA08JB01, RA08JB02,RA08JB03 Between 7&8 round about ,United Arab Emirates	أصدرت إلى:
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	التصنيف: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات Please check Schedule of certification for all product details



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة
Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على

selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: WIKA Middle East FZE اسم الشركة:
Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.: 26-02-183131/E26-02-191196/NB0007 رقم التسجيل:
Registration Date: 12/02/2026 تاريخ التسجيل:
Valid Until: 11/02/2029 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	WIKA	Series 1/4/5/6/7/8000	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking:Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C)Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXCEx db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C)AE,AF,AG,AK,TXE,TXF,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTPEx tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
2	WIKA	TC10/TR10	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking:Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK,TXE,TXF,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
3	WIKA	TC50/TR50	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking:Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC	GERMANY



جهة معيّنة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على

selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

			AE,AF,AG,AK,TXE,TFX,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)			US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	60079-1, UAE.S IEC 60079-31	
4	WIKA	TC59 Assemblies	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking:Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK,TXE,TFX,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
5	WIKA	T*12-B-ID** ***	Thermometer;Type of Protection:Flameproof Enclosures "d", Separation Elements or combined Levels of Protection, Protection by Enclosure "t";Marking-Exd (For details refer IECEX BVS 11.0042X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 11.0042X DE/BVS/ExTR11.0061/06	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
6	WIKA	a-bcd*-* ...*	Thermometer;Type of Protection:Intrinsic safety; Marking Ex ia IIC T6...T1 Ga or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Gb Ex ib IIC T6...T1 Gb or Ex ib IIC + CH4 T6...T1 Gb Ex ic IIC T6...T1 Gc or Ex ic IIC + CH4 T6...T1 Gc Ex ia IIC T200X °C Da or Ex ia IIC TX °C Da/Db or Ex ia IIC TX °C Db or Ex ib IIC TX °C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX TUN 24.0002X DE/TUN/ExTR24.0003/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	GERMANY
7	WIKA	TC	Thermometric Assemblies series ;Type of Protection:Ex d, e, t;Marking:Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0064X NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0,	GERMANY



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على

selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

							UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	
8	WIKA	TR	Thermometric Assemblies series ;Type of Protection:Ex d, e, t;Marking:Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0064X NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
9	WIKA	TC	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex e, t;Marking:Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
10	WIKA	TR	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex e, t;Marking:Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S	GERMANY



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

							IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	
11	WIKA	TC	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex i;Marking;Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIC T85°C...T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	GERMANY
12	WIKA	TR	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex i;Marking Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIC T85°C...T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	GERMANY
13	WIKA	DIH**-F	Field Indicator type DIH**-F ;Type of Protection:Flameproof Enclosures "d";Marking; Ex db IIC T6/T5/T4	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 10.0103 DE/BVS/ExTR11.0003/02	UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	GERMANY
14	WIKA	TIF**-F	Field Indicator type Field Transmitter type TIF**-F;Type of Protection:Flameproof Enclosures "d,marking;Ex db IIC T6/T5/T4	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 10.0103 DE/BVS/ExTR11.0003/02	UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	GERMANY



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على
selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae

بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

15	WIKA	TC	Thermometer TR.;Type of Protection:Protection by increased safety "e", Protection by "n", Protection by enclosure "t";Marking:Ex eb IIC T6...T1 Gb or Ex eb IIC + CH4 T6...T1 Gb resp .Ex ec IIC T6...T1 Gc or Ex ec IIC + CH4 T6...T1 Gc resp .Ex nA IIC T6...T1 Gc or Ex nA IIC + CH4 T6...T1 Gc resp.Ex tb IIC TX °C Db or Ex tc IIC TX °C Dc	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX TUN 18.0012X DE/TUN/ExTR18.0017/00	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
16	WIKA	TR	Thermometer TC;Type of Protection:Protection by increased safety "e", Protection by "n", Protection by enclosure "t";Marking:Ex eb IIC T6...T1 Gb or Ex eb IIC + CH4 T6...T1 Gb resp .Ex ec IIC T6...T1 Gc or Ex ec IIC + CH4 T6...T1 Gc resp .Ex nA IIC T6...T1 Gc or Ex nA IIC + CH4 T6...T1 Gc resp.Ex tb IIC TX °C Db or Ex tc IIC TX °C Dc	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX TUN 18.0012X DE/TUN/ExTR18.0017/00	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
17	WIKA	DIH5*-I	Field Indicator and Field Transmitter ;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i";Marking:Ex ia IIC T4/ T5/ T6 Ga or Ex ia IIC T4/ T5/ T6 GbEX ia [ia Ga] IIC T4/ T5/ T6 Gb or Ex ib IIC T4/T5/T6 Gb or Ex ia IIIB T135°C Da or Ex ia IIIC T135°C Da or;Ex ia [ia Da] IIIB T135°C Db or Ex ia [ia Da] IIIC T135°C Db or Ex ia IIIB T135°C Db or Ex ib IIIB T135°C Db Ex ia IIIC T135°C Db or Ex ib IIIC T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 16.0075X DE/BVS/ExTR16.0081/00	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	GERMANY
18	WIKA	TIF5*-I	Field Indicator and Field Transmitter ;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i";Marking:Ex ia IIC T4/ T5/ T6 Ga or Ex ia IIC T4/ T5/ T6 Gb Ex ia [ia Ga] IIC T4/ T5/ T6 Gb or Ex ib IIC T4/T5/T6 Gb or Ex ia IIIB T135°C Da or Ex ia IIIC T135°C Da or Ex ia [ia Da] IIIB T135°C Db or Ex ia [ia Da] IIIC T135°C Db or Ex ia IIIB T135°C Db or Ex ib IIIB T135°C Db Ex ia IIIC T135°C Db or Ex ib IIIC T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 16.0075X DE/BVS/ExTR16.0081/00	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	GERMANY



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

19	WIKA	TIF11-I	Field Indicator and Field Transmitter ;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i";Marking: Ex ia IIC T4/ T5/ T6 Ga or Ex ia IIC T4/ T5/ T6 Gb Ex ia [ia Ga] IIC T4/ T5/ T6 Gb or Ex ib IIC T4/T5/T6 Gb oEX ia IIIB T135°C Da or Ex ia IIIC T135°C Da oEX ia [ia Da] IIIB T135°C Db or Ex ia [ia Da] IIIC T135°C Db oEX ia IIIB T135°C Db or Ex ib IIIB T135°C DbEx ia IIIC T135°C Db or Ex ib IIIC T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 16.0075X DE/BVS/ExTR16.0081/00	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	GERMANY
20	WIKA	TC84	Temperature sensor Type of Protection:increased safety "e";Marking: Ex ec IIC T6...T1 Gc	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX IBE 17.0028X DE/IBE/ExTR16.0055/00 DE/IBE/ExTR16.0055/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7	GERMANY
21	WIKA	T15.*-A****- *...*	Temperature transmitter;Type of Protection:Intrinsic Safety "i", Type of protection "n", Increased Safety "e";MarkingT15.H-AI****-... *Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex ia IIIC T135°C DaT15.R-AI****-... *Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb Ex ia [ia Da] IIIC T135°C DbT16.H-AI****-... *Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex ia IIIC T135°C DaT16.R-AI****-... *Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb Ex ia [ia Da] IIIC T135°C DbT15.*-AE****-... *Ex ec IIC T6...T4 GcT15.*-AN****-... *Ex nA IIC T6...T4 GcT15.*-AC****-... *Ex ic IIC T6...T4 GcT16.*-AE****-... *Ex ec IIC T6...T4 GcT16.*-AN****-... *Ex nA IIC T6...T4 GcT16.*-AC****-... *Ex ic IIC T6...T4 Gc	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 19.0022X DE/BVS/ExTR19.0033/00	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15	GERMANY
22	WIKA	T16.*-A****- *...*	Temperature transmitter;Type of Protection:Intrinsic Safety "i", Type of protection "n", Increased SafetyT15.H-AI****-... *Ex ia IIC T6...T4 Ga "e";MarkingEx ia IIIC T135°C DaT15.R-AI****-... *Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb Ex ia [ia Da] IIIC T135°C DbT16.H-AI****-... *Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex ia IIIC T135°C DaT16.R-AI****-... *Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb Ex ia [ia Da] IIIC T135°C DbT15.*-AE****-... *Ex ec IIC T6...T4 GcT15.*-AN****-... *Ex nA IIC T6...T4 GcT15.*-AC****-... *Ex ic IIC T6...T4 GcT16.*-AE****-... *Ex ec IIC T6...T4 GcT16.*-AN****-... *Ex nA IIC T6...T4 GcT16.*-AC****-... *Ex ic IIC T6...T4 Gc	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 19.0022X DE/BVS/ExTR19.0033/00	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15	GERMANY
23	WIKA	T38.*-****	Temperature transmitter;Type of Protection:Intrinsic Safety	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S	GERMANY



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على

selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			"i", Increased Safety "e"; Marking: T38.H-I**Ex ia IIC T6...T4 Ga T38.R-I**Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb T38.-*C**Ex ic IIC T6...T4 Gc T38.H-I**Ex ia IIC T135°C Da T38.R-I**Ex ia [ia Da] IIC T135°C Db T38.-*E**Ex ec IIC T6...T4 Gc			IECEx BVS 23.0009X DE/BVS/ExTR23.0014/00	IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7	
24	WIKA	T32.**.0*.*	Transmitter ;Type of Protection:Intrinsic safety "i"; Increased safety "e"; Marking: Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga Ex ia IIC T135°C DaType T32.3*.0IS-* Ex ia [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb Ex ia [ia Da] IIC T135°C Db Type T32.**.0IC-* Ex ic IIC T4/T5/T6 GcType T32.1*.0EC-* Ex ec IIC T4/T5/T6 Gc	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 08.0018X DE/BVS/ExTR08.0021/05	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-11	GERMANY
25	WIKA	TC82-F-***	Thermometer;Type of Protection:Flameproof Enclosures "d", Intrinsic Safety "i", Levels of Protection;Marking Ex d & Ex i (For details refer IECEx BVS 20.0033X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 20.0033X DE/BVS/ExTR20.0036/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-11	GERMANY
26	WIKA	TC82-M-***	Thermometer;Type of Protection:Flameproof Enclosures "d", Intrinsic Safety "i", Levels of Protection;Marking Ex d & Ex i (For details refer IECEx BVS 20.0033X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 20.0033X DE/BVS/ExTR20.0036/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S	GERMANY

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على

selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

							IEC 60079- 11	
27	WIKA	TC83-F-***	Thermometer;Type of Protection:Flameproof Enclosures "d", Intrinsic Safety "i", Levels of Protection;Marking Ex d & Ex i (For details refer IECEx BVS 20.0033X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 20.0033X DE/BVS/ExTR20.0036/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	GERMANY
28	WIKA	TC83-M-***	Thermometer;Type of Protection:Flameproof Enclosures "d", Intrinsic Safety "i", Levels of Protection;Marking Ex d & Ex i (For details refer IECEx BVS 20.0033X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 20.0033X DE/BVS/ExTR20.0036/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	GERMANY
29	WIKA	TR21-*	Miniature resistance thermometers;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i", Equipment with equipment protection level (EPL) Ga;Marking;Group II Ex ia IIC T1...T6 Ex ia IIC T1...T6 Gb Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ib IIC T1...T6 Gb Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb Group III Ex ia IIC T135°C Da Ex ia IIC T135°C Db Ex ia IIC T135°C Da/Db Ex ib IIC T135°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 14.0101X DE/BVS/ExTR14.0102/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	GERMANY
30	WIKA	TR31-*	Miniature resistance thermometers;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i", Equipment with equipment protection level (EPL) Ga;Marking;Group II Ex ia IIC T1...T6 Ex ia IIC T1...T6 Gb Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ib IIC T1...T6 Gb Ex ib IIC	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 14.0101X DE/BVS/ExTR14.0102/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC	GERMANY

intertek
Total Quality. Assured.
جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على

selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

			T1...T6 Ga/Gb Group III Ex ia IIIC T135°C Da Ex ia IIIC T135°C Db Ex ia IIIC T135°C Da/Db Ex ib IIIC T135°C Da/Db				60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	
31	WIKA	TR34	Miniature resistance thermometers; Type of Protection: Equipment protection by intrinsic safety "i", Equipment with equipment protection level (EPL) Ga; Marking; Group II Ex ia IIIC T1...T6 Ex ia IIIC T1...T6 Gb Ex ia IIIC T1...T6 Ga/Gb Ex ib IIIC T1...T6 Gb Ex ib IIIC T1...T6 Ga/Gb Group III Ex ia IIIC T135°C Da Ex ia IIIC T135°C Db Ex ia IIIC T135°C Da/Db Ex ib IIIC T135°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 14.0101X DE/BVS/ExTR14.0102/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, IEC TS 60079-46	GERMANY
Nothing Follows								

intertek
Total Quality. Assured.
جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae
This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.
The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	26-02-183127/E26-02-191191/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالحة لغاية:
Issued To:	Wika Middle East FZE P.O. Box 17492 ,Warehouse no. RA08JB01, RA08JB02,RA08JB03 Between 7&8 round about ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	التصنيف: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae

بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: WIKA Middle East FZE اسم الشركة:
Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.: 26-02-183127/E26-02-191191/NB0007 رقم التسجيل:
Registration Date: 12/02/2026 تاريخ التسجيل:
Valid Until: 11/02/2029 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	WIKA	1/4/5/6/7/8000	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TCX Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX PRE 15.0077X	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	CANADA
2	WIKA	TC10/TR10	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TCX Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX PRE 15.0077X	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	CANADA
3	WIKA	TC50/TR50	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3,	N/A	NA	CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03	UAE.S IEC 60079-0,	CANADA



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



مطابق
COMPLIANT



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على

selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

			TX4, TX5 TXA, TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE, AF, AG, AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)			US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX PRE 15.0077X	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	
4	WIKA	TC59	Type of Protection: Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb); Marking: Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1, TX2, TX3, TX4, TX5 TXA, TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE, AF, AG, AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX PRE 15.0077X	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	CANADA
5	WIKA	T*12-B-ID** ***	Thermometer; Type of Protection: Flameproof Enclosures "d", Separation Elements or combined Levels of Protection, Protection by Enclosure "t"; Marking-Exd (For details refer IECEx BVS 11.0042X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 11.0042X DE/BVS/ExTR11.0061/06	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	CANADA
6	WIKA	a-bcd*-*...*	Thermometer; Type of Protection: Intrinsic safety; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Gb Ex ib IIC T6...T1 Gb or Ex ib IIC + CH4 T6...T1 Gb ; Ex ic IIC T6...T1 Gc or Ex ic IIC + CH4 T6...T1 Gc Ex ia IIIC T200X °C Da or Ex ia IIIC TX °C Da/Db or Ex ia IIIC TX °C Db or Ex ib IIIC TX °C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX TUN 24.0002X DE/TUN/ExTR24.0003/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-11	CANADA
7	WIKA	TC	Thermometric Assemblies series ; Type of Protection: Ex d, e, t; Marking: Ex db IIB or IIB+H2 or IIC	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0064X	UAE.S IEC	CANADA



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db			NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	
8	WIKA	TR	Thermometric Assemblies series ;Type of Protection:Ex d, e, t;Marking Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0064X NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	CANADA
9	WIKA	TC	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex e, t;Marking; Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S	CANADA



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

							IEC 60079-31	
10	WIKA	TR	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex e, t;Marking:Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	CANADA
11	WIKA	TC	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex i;Marking:Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIIC T85°C... T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	CANADA
12	WIKA	TR	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex i;Marking Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIIC T85°C... T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	CANADA
Nothing Follows								



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على
selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	26-02-183139/E26-02-191201/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالحة لغاية:
Issued To:	Wika Middle East FZE P.O. Box 17492 ,Warehouse no. RA08JB01, RA08JB02,RA08JB03 Between 7&8 round about ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	التصنيف: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards

المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: WIKA Middle East FZE اسم الشركة:
Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.: 26-02-183139/E26-02-191201/NB0007 رقم التسجيل:
Registration Date: 12/02/2026 تاريخ التسجيل:
Valid Until: 11/02/2029 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	WIKA	T*12-B-ID** ***	Thermometer; Type of Protection: Flameproof Enclosures "d", Separation Elements or combined Levels of Protection, Protection by Enclosure "t"; Marking (Refer IECEx BVS 11.0042X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 11.0042X	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	POLAND
2	WIKA	Series 1/4/5/6/7/8000	Type of Protection: Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb); Marking: Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1, TX2, TX3, TX4, TX5 TXA, TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE, AF, AG, AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEx PRE 15.0077X DE/BVS/QAR07.0010/21 CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	POLAND



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology





بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

3	WIKA	TC10/TR10	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK,TXE,TXF,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X DE/BVS/QAR07.0010/21 CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	POLAND
4	WIKA	TC50/TR50	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK,TXE,TXF,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X DE/BVS/QAR07.0010/21 CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	POLAND
5	WIKA	TC59 Assemblies	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK,TXE,TXF,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X DE/BVS/QAR07.0010/21 CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	POLAND
6	WIKA	a-bcd*-...*	Thermometer ;Type of Protection:Intrinsic safety;Marking;Ex ia IIC T6...T1 Ga or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga ;Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Gb Ex ib IIC T6...T1 Gb or Ex ib IIC + CH4 T6...T1 Gb Ex ic IIC T6...T1 Gc or Ex ic IIC + CH4 T6...T1 Gc Ex ia IIIC T200X °C Da or Ex ia IIIC TX °C Da/Db or Ex ia IIIC TX °C Db or Ex ib IIIC TX °C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX TUN 24.0002X DE/TUN/ExTR24.0003/00	UAE.S IEC 60079-26	POLAND
7	WIKA	TR21-*	Miniature resistance thermometers ;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i",	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 14.0101X	UAE.S IEC	POLAND



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			Equipment with equipment protection level (EPL) Ga; marking; Group II Ex ia IIC T1...T6 Ex ia IIC T1...T6 Gb Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ib IIC T1...T6 Gb Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb Group III Ex ia IIC T135°C Da Ex ia IIC T135°C Db Ex ia IIC T135°C Da/Db Ex ib IIC T135°C Db Ex ib IIC T135°C Da/Db			DE/BVS/ExTR14.0102/00	60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	
8	WIKA	, TR31-*	Miniature resistance thermometers ;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i", Equipment with equipment protection level (EPL) Ga; marking; Group II Ex ia IIC T1...T6 Ex ia IIC T1...T6 Gb Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ib IIC T1...T6 Gb Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb Group III Ex ia IIC T135°C Da Ex ia IIC T135°C Db Ex ia IIC T135°C Da/Db Ex ib IIC T135°C Db Ex ib IIC T135°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 14.0101X DE/BVS/ExTR14.0102/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	POLAND
9	WIKA	TR34	Miniature resistance thermometers ;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i", Equipment with equipment protection level (EPL) Ga; marking; Group II Ex ia IIC T1...T6 Ex ia IIC T1...T6 Gb Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ib IIC T1...T6 Gb Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb Group III Ex ia IIC T135°C Da Ex ia IIC T135°C Db Ex ia IIC T135°C Da/Db Ex ib IIC T135°C Db Ex ib IIC T135°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 14.0101X DE/BVS/ExTR14.0102/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	POLAND
Nothing Follows								



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على
selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	26-02-183134/E26-02-191197/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالحة لغاية:
Issued To:	WIKI Middle East FZE P.O. Box 17492 ,Warehouse no. RA08JB01, RA08JB02,RA08JB03 Between 7&8 round about ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	التصنيف: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name:	WIKA Middle East FZE	اسم الشركة:
Product Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
Certificate No.:	26-02-183134/E26-02-191197/NB0007	رقم التسجيل:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	WIKA	Series 1/4/5/6/7/8000	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	INDIA
2	WIKA	TC10/TR10	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	INDIA
3	WIKA	TC50/TR50	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3,	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00	UAE.S IEC 60079-0,	INDIA



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae

بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			TX4, TX5 TXA, TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE, AF, AG, AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)			NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	
4	WIKA	TC59 Assemblies	Type of Protection: Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb); Marking: Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1, TX2, TX3, TX4, TX5 TXA, TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE, AF, AG, AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	INDIA
5	WIKA	T*12-B-ID** ***	Thermometer; Type of Protection: Flameproof Enclosures "d", Separation Elements or combined Levels of Protection, Protection by Enclosure "t"; Marking-Exd (For details refer IECEX BVS 11.0042X)	N/A	NA	IECEX BVS 11.0042X DE/BVS/ExTR11.0061/06 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	INDIA
6	WIKA	a-bcd*-**...	Thermometer; Type of Protection: Intrinsic safety; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Gb Ex ib IIC T6...T1 Gb or Ex ib IIC + CH4 T6...T1 Gb ; Ex ic IIC T6...T1 Gc or Ex ic IIC + CH4 T6...T1 Gc Ex ia IIIC T200X °C Da or Ex ia IIIC TX °C Da/Db or Ex ia IIIC TX °C Db or Ex ib IIIC TX °C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX TUN 24.0002X DE/TUN/ExTR24.0003/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-11	INDIA
7	WIKA	TC	Thermometric Assemblies series ; Type of	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S	INDIA



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على

selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			Protection:Ex d, e, t;Marking;Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db			IECEX DNV 24.0064X NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	
8	WIKI	TR	Thermometric Assemblies series ;Type of Protection:Ex d, e, t;Marking Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0064X NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	INDIA
9	WIKI	accessories	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex e, t;Marking; Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	INDIA



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

10	WIKA	TR	Thermometric assemblies; Type of Protection: Ex e, t; Marking: Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	INDIA
11	WIKA	TC	Thermometric assemblies; Type of Protection: Ex i; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIC T85°C...T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	INDIA
12	WIKA	TR	Thermometric assemblies; Type of Protection: Ex i; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIC T85°C...T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	INDIA
Nothing Follows								



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	26-02-183128/E26-02-191194/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالحة لغاية:
Issued To:	Wika Middle East FZE P.O. Box 17492 ,Warehouse no. RA08JB01, RA08JB02,RA08JB03 Between 7&8 round about ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	التصنيف: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name:	WIKA Middle East FZE	اسم الشركة:
Product Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
Certificate No.:	26-02-183128/E26-02-191194/NB0007	رقم التسجيل:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	WIKA	Series 1/4/5/6/7/8000	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	CHINA
2	WIKA	TC10/TR10	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	CHINA
3	WIKA	TC50/TR50	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3,	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00	UAE.S IEC 60079-0,	CHINA



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

			TX4, TX5 TXA, TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE, AF, AG, AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)			US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	
4	WIKA	TC59	Type of Protection: Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb); Marking: Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1, TX2, TX3, TX4, TX5 TXA, TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE, AF, AG, AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEx PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	CHINA
5	WIKA	T*12-B-ID** ***	Thermometer; Type of Protection: Flameproof Enclosures "d", Separation Elements or combined Levels of Protection, Protection by Enclosure "t"; Marking-Exd (For details refer IECEx BVS 11.0042X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 11.0042X DE/BVS/ExTR11.0061/06	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	CHINA
6	WIKA	a-bcd*-*...*	Thermometer; Type of Protection: Intrinsic safety; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Gb Ex ib IIC T6...T1 Gb or Ex ib IIC + CH4 T6...T1 Gb ; Ex ic IIC T6...T1 Gc or Ex ic IIC + CH4 T6...T1 Gc Ex ia IIIC T200X °C Da or Ex ia IIIC TX °C Da/Db or Ex ia IIIC TX °C Db or Ex ib IIIC TX °C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx TUN 24.0002X	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-11	CHINA
7	WIKA	TR21-*	Miniature resistance thermometers; Type of	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S	CHINA



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i", Equipment with equipment protection level (EPL) Ga;Marking: Group II Ex ia IIC T1...T6 Ex ia IIC T1...T6 Gb Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ib IIC T1...T6 Gb Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb Group III Ex ia IIC T135°C Da Ex ia IIC T135°C Db Ex ia IIC T135°C Da/Db Ex ib IIC T135°C Db Ex ib IIC T135°C Da/Db			IECEx BVS 14.0101X DE/BVS/ExTR14.0102/00	IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	
8	WIKA	TR31-*	Miniature resistance thermometers;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i", Equipment with equipment protection level (EPL) Ga;Marking: Group II Ex ia IIC T1...T6 Ex ia IIC T1...T6 Gb Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ib IIC T1...T6 Gb Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb Group III Ex ia IIC T135°C Da Ex ia IIC T135°C Db Ex ia IIC T135°C Da/Db Ex ib IIC T135°C Db Ex ib IIC T135°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 14.0101X DE/BVS/ExTR14.0102/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	CHINA
9	WIKA	TR34	Miniature resistance thermometers;Type of Protection:Equipment protection by intrinsic safety "i", Equipment with equipment protection level (EPL) Ga;Marking: Group II Ex ia IIC T1...T6 Ex ia IIC T1...T6 Gb Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ib IIC T1...T6 Gb Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb Group III Ex ia IIC T135°C Da Ex ia IIC T135°C Db Ex ia IIC T135°C Da/Db Ex ib IIC T135°C Db Ex ib IIC T135°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 14.0101X DE/BVS/ExTR14.0102/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	CHINA
Nothing Follows								



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على
selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	26-02-183140/E26-02-191203/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالحة لغاية:
Issued To:	Wika Middle East FZE P.O. Box 17492 ,Warehouse no. RA08JB01, RA08JB02,RA08JB03 Between 7&8 round about ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	التصنيف: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: WIKA Middle East FZE **اسم الشركة:**

Product Category: ECAS-Ex **الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار** **تصنيف المنتج:**

Certificate No.: 26-02-183140/E26-02-191203/NB0007 **رقم التسجيل:**

Registration Date: 12/02/2026 **تاريخ التسجيل:**

Valid Until: 11/02/2029 **صالح لغاية:**

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	WIKI	Series 1/4/5/6/7/8000	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TCX Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	SINGAPORE
2	WIKI	TC10/TR10	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TCX Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	SINGAPORE
3	WIKI	TC50/TR50	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TCX Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S	SINGAPORE



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			to +60 C) AE,AF,AG,AK,TXE,TXF,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C			US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	
4	WIKA	TC59	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK,TXE,TXF,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	SINGAPORE
5	WIKA	T*12-B-ID** ***	Thermometer;Type of Protection:Flameproof Enclosures "d", Separation Elements or combined Levels of Protection, Protection by Enclosure "t";Marking-Exd (For details refer IECEX BVS 11.0042X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX BVS 11.0042X DE/BVS/ExTR11.0061/06	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	SINGAPORE
6	WIKA	a-bcd*-**	Thermometer;Type of Protection:Intrinsic safety;MarkingEx ia IIC T6...T1 Ga or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Gb Ex ib IIC T6...T1 Gb or Ex ib IIC + CH4 T6...T1 Gb ;Ex ic IIC T6...T1 Gc or Ex ic IIC + CH4 T6...T1 Gc Ex ia IIIC T200X °C Da or Ex ia IIIC TX °C Da/Db or Ex ia IIIC TX °C Db or Ex ib IIIC TX °C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX TUN 24.0002X DE/TUN/ExTR24.0003/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 11	SINGAPORE
7	WIKA	TC	Thermometric Assemblies series ;Type of Protection:Ex d, e, t;Marking;Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0064X NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S	SINGAPORE



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db				IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	
8	WIKA	TR	Thermometric Assemblies series ;Type of Protection:Ex d, e, t;Marking Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx DNV 24.0064X NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	SINGAPORE
9	WIKA	TC	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex e, t;Marking; Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	SINGAPORE
10	WIKA	TR	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex e,	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S	SINGAPORE



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

			t;Marking;Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db			IECEx DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	
11	WIKA	TC	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex i;Marking;Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIIC T85°C...T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-11	SINGAPORE
12	WIKA	TR	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex i;Marking Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIIC T85°C...T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-11	SINGAPORE
Nothing Follows								



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	26-02-183096/E26-02-191186/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالحة لغاية:
Issued To:	WIKI Middle East FZE P.O. Box 17492 ,Warehouse no. RA08JB01, RA08JB02,RA08JB03 Between 7&8 round about ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	التصنيف: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards

المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name:	WIKI Middle East FZE	اسم الشركة:
Product Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
Certificate No.:	26-02-183096/E26-02-191186/NB0007	رقم التسجيل:
Registration Date:	12/02/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	11/02/2029	صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	WIKI	Series 1/4/5/6/7/8000	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE,TFX,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	SAUDI ARABIA
2	WIKI	TC10/TR10	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3, TX4,TX5 TXA,TXB,TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE,AF,AG,AK, TXE,TFX,TXG,TXK,YTE,WTE,YTP,WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	SAUDI ARABIA
3	WIKI	TC50/TR50	Type of Protection:Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb);Marking;Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1,TX2,TX3,	N/A	NA	IECEX PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00	UAE.S IEC 60079-0,	SAUDI ARABIA



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae

بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			TX4, TX5 TXA, TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE, AF, AG, AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)			NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	
4	WIKA	TC59 Assemblies	Type of Protection: Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb); Marking: Ex db IIB + H2 T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) Models: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 TX1, TX2, TX3, TX4, TX5 TXA, TXB, TXC Ex db IIC T6..T4 (Ta= -20 C to +60 C) AE, AF, AG, AK, TXE, TXF, TXG, TXK, YTE, WTE, YTP, WTP Ex tb IIIC T85 C Db IP66 (Ta= -20 C to +60 C)	N/A	NA	IECEx PRE 15.0077X CA/CSA/ExTR07.0012/01 NO/DNV/ExTR09.0004/00 NO/PRE/ExTR15.0074/03 US/ETL/ExTR17.0075/01 DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	SAUDI ARABIA
5	WIKA	T*12-B-ID** ***	Thermometer; Type of Protection: Flameproof Enclosures "d", Separation Elements or combined Levels of Protection, Protection by Enclosure "t"; Marking-Exd (For details refer IECEx BVS 11.0042X)	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx BVS 11.0042X DE/BVS/ExTR11.0061/06	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	SAUDI ARABIA
6	WIKA	a-bcd*-**...	Thermometer; Type of Protection: Intrinsic safety; Marking Ex ia IIC T6...T1 Ga or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 Gb or Ex ia IIC + CH4 T6...T1 Gb Ex ib IIC T6...T1 Gb or Ex ib IIC + CH4 T6...T1 Gb ; Ex ic IIC T6...T1 Gc or Ex ic IIC + CH4 T6...T1 Gc Ex ia IIIC T200X °C Da or Ex ia IIIC TX °C Da/Db or Ex ia IIIC TX °C Db or Ex ib IIIC TX °C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx TUN 24.0002X DE/TUN/ExTR24.0003/00	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-11	SAUDI ARABIA
7	WIKA	TC	Thermometric Assemblies series ; Type of Protection: Ex d, e, t; Marking: Ex db IIB or IIB+H2 or IIC	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx DNV 24.0064X	UAE.S IEC	SAUDI ARABIA



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db			NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	60079-26, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	
8	WIKA	TR	Thermometric Assemblies series ;Type of Protection:Ex d, e, t;Marking Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Gb Ex db eb IIB or IIB+H2 or IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx DNV 24.0064X NO/DNV/ExTR24.0146/00 NO/PRE/ExTR18.0050/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	SAUDI ARABIA
9	WIKA	accessories	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex e, t;Marking: Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEx DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	SAUDI ARABIA
10	WIKA	TR	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex e,	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21	UAE.S	SAUDI



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على

selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			t;Marking;Ex eb IIC T4, T5, T6 Gb Ex eb IIC T4, T5, T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Da/Db			IECEX DNV 24.0065X NO/DNV/ExTR24.0147/00 NO/PRE/ExTR18.0032/04	IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	ARABIA
11	WIKA	TC	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex i;Marking;Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIIC T85°C...T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	SAUDI ARABIA
12	WIKA	TR	Thermometric assemblies;Type of Protection:Ex i;Marking Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da/Db Ex ia IIIC T85°C...T135°C Db	N/A	NA	DE/BVS/QAR07.0010/21 IECEX DNV 24.0066X NO/DNV/ExTR24.0148/00 NO/PRE/ExTR18.0052/05	UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079- 11	SAUDI ARABIA
Nothing Follows								



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae